

Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
Zagreb

Tehnička specifikacija autoklav Prilog 4 1. izmjena

		Proizvođač:	EURONDA S.p. A.
		Model i tip:	EURONDA E8
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - autoklav, 5 komada, ili jednakovrijedno		Zadovoljava tražene karakteristike DA / NE	Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili / izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.
Osnovne karakteristike			
1.	Klasa autoklava: B	DA	strana 26.
2.	Mikroprocesor potpuno automatski upravlja programom te u svakom trenutku nadzire sigurnost sterilizacije	DA	strana 4.
3.	Soft-touch displej u boji	DA	strana 10.
4.	Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 4L	DA	strana 26.
5.	Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 ml	DA	strana 26.
6.	Mogućnost spajanja na dvije vrste pisača (opcionarno)	DA	strana 4.
7.	Mogućnost pospremanja podataka na priloženu SD karticu	DA	strana 16.
8.	Opcionarno Wi-Fi povezivanje sa računalom	DA	strana 16.
9.	Mogućnost programiranja automatskog početka ciklusa sterilizacije i testnih programa	DA	strana 13.
10.	Mogućnost programiranja podsjetnika za izvođenje testnih programa u željenim intervalima	DA	strana 13.
Tehnički podaci i specifikacije			
11.	Kapacitet: min 23 litara	DA	strana 26.
12.	Napajanje: min 230V	DA	strana 26.
13.	Frekvencija: min 50 Hz	DA	strana 26.
14.	Snaga: min 2300 W	DA	strana 26.
15.	Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)	DA	strana 26.
16.	Težina: max 50 kg	DA	strana 26.
Programi			
17.	Minimalno 9 programa sterilizacije	DA	strana 9.
18.	Minimalno 3 testna programa	DA	strana 9.
Ostalo			
19.	Jamstvo na isporučeni autoklav od minimalno 24 mjeseca od dana instalacije	DA	
20.	Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje	DA	

Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE (stupac C), kao i stranicu u katalogu (stupac D).

Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.



U Zagrebu, dana 23.06.2025. god.