

Prilog 4. Tehnička specifikacija za servis i održavanje autoklava i sterilizatora

A) Redovno održavanje autoklava i sterilizatora

Tablica 1

Red. broj	Opis stavke	DA/NE
1.	Provjera i čišćenje sterilizacijske komore	DA
2.	Provjera sigurnosnih ventila	DA
3.	Pražnjenje, čišćenje i kontrola rezervoara i senzora nivoa vode	DA
4.	Provjera i čišćenje matične ploče napajanja	DA
5.	Provjera, podešavanje i podmazivanje šarki vrata	DA
6.	Provjera funkcionalnosti pumpe	DA
7.	Zamjena bakteriološkog filtera i brtvila – servisni dio	DA
8.	Zamjena brtve vrata – servisni dio	DA
9.	Atestiranje sigurnosnog ventila i manometra svake dvije godine	DA
10.	Jamstveni rok na izvršenu uslugu minimalno 6 mjeseci	DA
11.	Provođenje testa sigurnosti i ispravnosti uređaja prema normi HRN IEC 60601 standardu	DA

Servisom su obuhvaćene usluge navedene u gornjoj tablici, potreba za održavanje (zamjenom dijelova i sl) pojedinog autoklava i sterilizatora se vrši tek nakon što odabrani ponuditelj Naručitelja obavijesti ili pošalje ponudu te Naručitelj isto prihvati.

B) Popravci autoklava i sterilizatora na poziv Naručitelja zbog zastoja nastalih u radu, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja. Odabrani ponuditelj je obvezan, na poziv Naručitelja, izvršiti uslugu popravka autoklava i sterilizatora u roku od 48 sati, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluga u navedenom roku, dužan je bez odgađanja o tome izvijestiti Naručitelja pisanim putem uz obrazloženje, te dostaviti zamjenski autoklav i sterilizator.


ALFAMEDIC d.o.o.
ZA SERVISIRANJE MEDICINSKIH APARATA I OPREME
Zagreb, Vajdin vijenac 20