

Tehnička specifikacija - uređaj za neurofeedback terapiju


Proizvođač:		BEE MEDIC	
Model i tip:		SET ADVANCED	
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - uređaj za neurofeedback terapiju ili jednakovrijedno		Zadovoljava tražene karakteristike DA / NE	Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili / izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.
1.	Dvokanalno EEG pojačalo min 32bita rezolucije, min 165 dB dinamički raspon mora u sebi imati precizno izračunate i konstruirane filtere za optimalno odbacivanje smetnji i dobru kvalitetu signala	DA	Katalog, str. 3
2.	Mjerač impedancije – na jednostanom displeju da prikazuje prijelazni otpor svake elektrode posebno	DA	Katalog, str. 4
3.	Mogućnost rada po Othmerovoj metodi	DA	Katalog, str. 5
EEG pojačalo			
3.	Dva kanala visoke razlučivosti s niskom razinom šuma, DC	DA	Katalog, str. 3
4.	Nema operativne kontrole – daljinski kontrolirano pomoću PC softvera	DA	Katalog, str. 3
5.	Niska razina ulaznog šuma	DA	Katalog, str. 3
6.	Kratko vrijeme podešavanja	DA	Katalog, str. 3
7.	Ne prekrivajući filteri, min 165dB dinamičkog raspona	DA	Katalog, str. 3
Mjerač impedancije			
8.	Veliki raspon mjerenog otpora (<5K...100K)	DA	Katalog, str. 4
9.	Svijetleći, jednostavan za čitanje LED zaslon za svaku elektrodu	DA	Katalog, str. 4
10.	Zaslon uravnoteženja elektroda za optimalno uklanjanje smetnji	DA	Katalog, str. 4
11.	Kompenzacija galvanskog napona elektroda i smetnji mrežnog napona	DA	Katalog, str. 4
12.	Upozorenje u slučaju loših (istrošenih) elektroda	DA	Katalog, str. 4
Taktilni feedback uređaj			
13.	Za poboljšanje neurofeedback terapije s taktilnim modalitetom	DA	Katalog, str. 6

14.	Frekvencija vibracija do 35Hz, individualno podesiva putem računalnog softvera	DA	Katalog, str. 6
Potrošni materijal za rad			
15.	Kratkospojnik (Jumper)	DA	Katalog, str. 7
16.	1-kanalni komplet elektroda s 3 sinterirane elektrode	DA	Katalog, str. 7
17.	2 kanalne elektrode set s 5 sinteriranih elektroda	DA	Katalog, str. 7
18.	Pasta za elektrode	DA	Katalog, str. 7
Softverski modul/player koji omogućuje vizualni i auditivni feedback u stvarnom vremenu korištenjem standardnih videozapisa (npr. AVI, MPG, MKV) uz efekte promjene fokusa, veličine ili oštine slike ovisno o aktivnosti moždanih valova pacijenta ili jednakovrijedan			
19.	Softver za videoprodukciju	DA	Katalog, str. 8
20.	Može rukovati raznim video datotekama i DVD-ovima koji su povezani s neurofeedback animacijom	DA	Katalog, str. 8
21.	Moguće reproducirati Kindle datoteke kao i Youtube linkove	DA	Katalog, str. 8
22.	Može reproducirati i neke videoisječke u AMP	DA	Katalog, str. 8
23.	Primjene 8 različitih odabranih efekata i filtara na video koji se gleda	DA	Katalog, str. 8
Ostalo			
24.	Napajanje preko USB porta, baterije nisu potrebne	DA	Katalog, str. 9
25.	Automatsko isključivanje	DA	Katalog, str. 9
26.	Neurofeedback igre- Aktivacijski kodovi za dvije NFB animacije s mogućnošću proširenja	DA	Katalog, str. 9
27.	Test uređaj za kontinuirano testiranje performansi s USB priključnim kabelom	DA	Katalog, str. 9

Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE (stupac C), kao i stranicu u katalogu (stupac D). Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.

U ZAGREBU, dana 13/07/2026. god.

Marko Pavić, dipl.oec, Direktor



PAMEL d.o.o.
proizvodnja, trgovina i usluge
Dubravica 41 f, Zagreb HR-10090
018 4726088731

Ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat